

- (mad. no. 32298) SONNET Mini Pil Yuvası Kablosu 75 cm abanoz
(mad. no. 32299) SONNET Mini Pil Yuvası Kablosu 75 cm siyah
(mad. no. 32300) SONNET Mini Pil Yuvası Kablosu 75 cm beyaz
(mad. no. 32301) SONNET Mini Pil Yuvası Kablosu 75 cm bej
(mad. no. 32302) SONNET Mini Pil Yuvası Kablosu 75 cm gri

Yukarıda listelenen cihazlar tek parça olarak veya aşağıdaki ek kitlerin parçaları olarak satılmaktadır:

- (mad. no. 33372) SONNET Mini BP Kiti, antrasit 50
(mad. no. 33377) SONNET Mini BP Kiti, bej 50
(mad. no. 33375) SONNET Mini BP Kiti, siyah 50
(mad. no. 33374) SONNET Mini BP Kiti, abanoz 50
(mad. no. 33378) SONNET Mini BP Kiti, gri 50
(mad. no. 33376) SONNET Mini BP Kiti, beyaz 50
(mad. no. 33379) SONNET Mini BP Kiti, antrasit 75
(mad. no. 33383) SONNET Mini BP Kiti, bej 75
(mad. no. 33381) SONNET Mini BP Kiti, siyah 75
(mad. no. 33380) SONNET Mini BP Kiti, abanoz 75
(mad. no. 33384) SONNET Mini BP Kiti, gri 75
(mad. no. 33382) SONNET Mini BP Kiti, beyaz 75

MED-EL olarak bu cihaz için Alan Güvenliği Düzeltici Eylemi (FSCA) başlattığımızı ilgili yetkili makama bildirmektediriz.

İlgili ürünlerin iadesi veya imhası için lütfen ekteki Yanıt Formunu inceleyin.

Bu FSCA aşağıdaki kapsamı ve önlem talebini içermektedir:

- Olası bir risk hakkında ilgili alıcıların derhal bilgilendirilmesi.
- Etkilenen cihazların belirlenmesi ve yalıtımı.
- Etkilenen cihazların üreticiye iadesi veya imhası suretiyle alandan kaldırılması.
- Cihaz değişimi ilgili kişilere mümkün olduğunca çabuk gerçekleştirilmelidir.

Etkilenen ürünün nasıl iade edileceği hakkında veya diğer konularda daha fazla sorunuz olması halinde lütfen aşağıdaki adresle iletişime geçin:

FSN@medel.com

Bu uyarıyı aldıktan sonraki 5 iş günü içinde MED-EL'e bilgi vermenizi rica ederiz. Tarama/eposta veya faks yoluyla MED EL'e bildiriği aldığınızı rapor edebilirsiniz:

E-posta: FSN@medel.com
Faks: +43 512 288889 690

Posta: FSN Coordinator
(Office T034)
MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH
Fürstenweg 77a
6020 Innsbruck, Avusturya (AT)

Bu bildirin nenden olacağı rahatsızlıktan dolayı içten özürlerimizi sunar ve bu önemli bildiriye ilişkin alacağınız ivedi önlem için teşekkür ederiz. Bu bilginin MED-EL implant ve aksesuarlarının devamlı güvenli kullanımı için yardımcı olmasını umuyoruz.

Saygılarımızla,



Fritz Ender

Kurumsal Yönetici, Ruhsatlandırma İşleri ve Kalite Kontrol